



**GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL
ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Bd. Libertății nr. 14, București 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36

Operator date cu caracter personal nr. 35647

**AUTORIZAȚIE
PENTRU
DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. RDC 838 / 2023**

În temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, al Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică și al Normelor specifice de securitate radiologică,

Ca urmare a analizării documentației înregistrată la C.N.C.A.N. cu nr. 3621/30974 din 07.04.2023,

Constatând că sunt îndeplinite prevederile legale,

**COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE
AUTORIZEAZĂ**

SPITALUL ORĂȘENESC SEGARCEA

din loc. Segarcea, str. Unirii, nr. 50, jud. Dolj, tel.: 0251.210.423

persoană juridică conform Legii nr. 95/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare

**să
DEȚINĂ**

instalația radiologică, în conformitate cu documentația prezentată și prevederile impuse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

Intră în vigoare la data de: 28.04.2023

Expiră la data de: 27.04.2028

PREȘEDINTE,

Cantemir Marian CIUREA-ERCĂU



ANEXA Nr. 1
la autorizația pentru desfășurarea de activități
în domeniul nuclear nr. RDC 838 / 2023

I. COMPONENTĂ, CARACTERISTICI TEHNICE, IDENTIFICARE:

Instalația de RX - diagnostic cu un post grafie, tip FDR SMART FGX-52S, seria: DXE2220030A/2022, cu următoarea componentă:

- Tub Radiogen, tip E7884X, seria 21L1776/2022
- Colimator, tip DXC-RML, seria ABC2220157A/2022
- Consolă de comandă, seria GBE222028A/2022
- Masă pacient, seria APA2220145A/2022
- Stativ vertical, seria ATB2220130A/2022

➤ **Parametrii maximi ai instalației:**

- Tensiunea maximă în tubul RX: 150 kV
- Intensitatea maximă a curentului în tubul RX: 1000 mA

➤ **Producător:** FUG-Electronik GmbH – Germania

➤ **Posedă autorizație de furnizare fără ASR nr.: FN 1126/2021**

- **Loc de depozitare:** în cadrul Laboratorului de RX-diagnostic (parter), Spitalul Orăsenesc Segarcea, loc. Segarcea, str. Unirii, nr. 50, jud. Dolj

II. CONDIȚII:

1. Este interzisă înstrăinarea sub orice formă a instalației radiologice sau a componentelor acesteia fără acordul CNCAN.
2. Instalația aflată în deținere se va păstra sigilată, în condiții de securitate fizică și securitate radiologică, fără drept de utilizare.
3. Pe perioada de valabilitate a prezentei autorizații, se vor lua măsuri în vederea utilizării, transferului, închirierii sau casării instalației radiologice.
4. Orice modificare a situației instalației, apărută în sensul art. 2 din Legea nr. 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, se va face numai cu acordul CNCAN.
5. Titularul de autorizație are obligația să anunțe de îndată orice eveniment radiologic la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021-351 50 89, fax: 021-351 50 88), Termen:

III. PERSOANA RESPONSABILĂ: SANINOIU CARMEN SILVIA

